

Warszawa, 11 września 2017

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa dyfraktometru rentgenowskiego z przystawką do analizy mikrodyfrakcyjnej” (znak sprawy: ZP_PK-6/2017)

Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

Z dniem (...) nastąpiła zmiana przedstawicielstwa działu sprzedaży firmy (...) uprzejmie proszę o zaakceptowanie referencji na urządzenia o charakterze, złożoności oraz wartości porównywalnej, a w niektórych wypadkach przewyższającej cechy i wartość urządzeń rentgenowskich tj.: mikroskopów skaningowych sprzężonych ze spektrometrami EDS

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wymaga od wykonawców wykazania się realizacją dostaw urządzeń tożsamyh z przedmiotem zamówienia.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści ofertę dyfraktometru z generatorem o mocy równej 3kW?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuści ofertę dyfraktometru z generatorem o mocy co najmniej 3kW.

Przedmiot zamówienia jest finansowany w ramach projektu „*Pogotowie Konserwatorskie – Mobilne Laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze*” w ramach działania 8.1. oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 (nr projektu: POIS.08.01.00-14-0004/16)



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

