

Warszawa, 10 października 2017

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie  
ul. Krakowskie Przedmieście 5  
00-068 Warszawa

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa zestawu do dokumentacji fotograficznej” (znak sprawy: ZP\_PK-12/2017)

Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1:**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści pkt. 4 Zestaw lamp błyskowych studyjnych - 2 szt. i przenośna bateria do lamp błyskowych 2szt.

Zestaw lamp, które odpowiadają parametrom Zamawiającego są niedostępne na rynku ponieważ marka Bowens jest w trakcie likwidacji.

Polski dystrybutor wyprzedaje produkty stąd lampy te są już niedostępne. Dla Zamawiającego zakup lamp likwidowanej marki jest niekorzystny z uwagi na utrudnienia w serwisie a także brak możliwości np. dokupienia palnika, wymiany części.

W związku z tym zwracam się z prośbą o zmianę parametrów lamp

**Pytanie 2:**

Zamawiający opisał w pkt.4 Zestaw Lamp błyskowych studyjnych, które nie są dostępne. Firma produkująca ww. lampy jest w trakcie likwidacji, i nie ma możliwości zakupu opisanego sprzętu. W związku z powyższym czy zamawiający zgodzi się zmienić opis lamp, na lampy innego producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym Mając na uwadze powyższe, zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany p. 4 opisu przedmiotu

zamówienia stanowiącego załącznik do umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następujący sposób:

- zamawiający wykreśla dotychczasową treść p. 4 opisu przedmiotu zamówienia i nadaje mu następujące brzmienie :

4. Zestaw lamp błyskowych studyjnych – 2 szt. i przenośna bateria do lamp błyskowych 2szt.lub zestaw lamp błyskowych studyjnych - 2 szt. z wbudowanymi akumulatorami.  
Zestaw oświetlenia powinien składać się minimum z : 2 lamp od 600 do 1000Ws, 2 statywów, 2 parasoli (średnica 115 cm ), 2 szt softbox (100 x 100 cm ) i walizki na kółkach.

Parametry:

- 1) stała moc błysku i jednakowe parametry temperatury barwowej
- 2) siła błysku regulowana w zakresie 8 przystón (co 1/10), lub regulacja błysku : 1/1 – 1/256 z krokiem 0,1
- 3) regulacja mocy w przedziale 5 Ws - 1000 Ws, lub inna.
- 4) kompatybilność z dedykowanym wyzwalaczem radiowym 2,4 Ghz
- 5) blokada kąta nachylenia
- 6) chowane mocowanie statywowe z gniazdem 5/8 cala (16 mm)
- 7) śruba dociskowa mocowania gwarantująca pewne trzymanie
- 8) czasza podstawowa
- 9) uchwyt na parasol
- 10) czas ładowania: 0,01 s (min.) - 2,5 s (max)
- 11) sterowanie mocą lampy wyzwalacza radiowego o częstotliwości 2,4 Ghz
- 12) mocowanie statywowe z gniazdem 5/8" (16mm).
- 13) Możliwości wyposażenia lampy w czaszę podstawową i uchwyt na parasol.
- 14) palnik trójelektrodowy ,
- 15) Lampa wyróżnia się funkcją pomijania przedbłysków pomiarowych – preflash, dzięki czemu fotocelna reagować może na 1, 2, 3 lub 4 błysk, lub lampa modelująca min 20W LED , od 2700-3200 K , tryb TTL/M/Multi.
- 16) Kompatybilność za zasilaczem zewnętrznym travel pack, lub inny system zasilania mobilnego (np. akumulator wbudowany lub dołączany do lampy).

Do zestawu dołączony wyzwalacz nadajnik do lamp

- 1) Wyzwalacz radiowy częstotliwość 2,4 Ghz 16 kanałów oraz 8 grup.
- 2) Obsługa nadajnika - dostęp do wszystkich funkcji za pomocą 1 przycisku.
- 3) Wyzwalacz z obsługującą funkcji "Sync Offset", która umożliwia fotografowanie przy czasach 1/8000 s ze wszystkimi modelami aparatów , lub Tryb HSS z synchronizacją min 1/8000 s.

Przenośny zasilacz do lamp studyjnych współpracujący z zestawem lamp błyskowych studyjnych - 2 szt. Lub dedykowany do lamp system zasilania mobilnego (akumulator wbudowany lub dołączany na każdą lampę osobny).

W przypadku zastosowania akumulatorów wbudowanych lub dołączanych na korpusie lampy poniższe wymagania (nr. 2,4,5,6,7,9,10,11,14) nie obowiązują.

Pozostałe wymagania:

- 1) możliwość podłączenia sieciowego.
- 2) zintegrowany uchwyt wraz z doczepianym pasem na ramię, lub inny system.

- 3) wskaźniki na panelu informujące o ładowaniu oraz stanie naładowania akumulatora.
- 4) przycisk szybkiego i normalnego ładowania.
- 5) opcja szybkiego i normalnego ładowania
- 6) możliwość ładowania akumulatora z dodatkowego urządzenia
- 7) metalowa konstrukcja
- 8) wskaźnik naładowania
- 9) diody informujące o podłączeniu lampy
- 10) bezpiecznik 2A
- 11) elastyczne przewody
- 12) w zestawie powinny być ujęte:
  - a. ładowarka sieciową
  - b. 3-metrowy przewód do podłączenia lampy.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Przedmiot zamówienia jest finansowany w ramach projektu „*Pogotowie Konserwatorskie – Mobilne Laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze*” w ramach działania 8.1. oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 (nr projektu: POIS.08.01.00-14-0004/16)



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

