

Warszawa, 27 września 2017

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa przenośnego skanera XRF” (znak sprawy: ZP_PK-17/2017)

Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach: zakres pierwiastków Mg - U; detektor SDD 20 mm²; rozdzielczość 139 eV, ilość zliczeń 90 000 cps, anoda Rh 50 kV 4 W (napięcie i natężenie regulowane automatycznie przez oprogramowanie); 7 automatycznych filtrów? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje co następuje:

- a) w przypadku zakresie pierwiastków Mg – U – zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie;
- b) w przypadku detektora SDD 20 mm² – zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie;
- c) w przypadku rozdzielczości 139 eV, ilości zliczeń 90.000 cps – zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ w tym zakresie;
- d) w przypadku anodą Rh 50 kV 4 W (napięcie i natężenie regulowane automatycznie przez oprogramowanie) – zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ w tym zakresie;
- e) w przypadku 7 automatycznych filtrów – zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Przedmiot zamówienia jest finansowany w ramach projektu „*Pogotowie Konserwatorskie – Mobilne Laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze*” w ramach działania 8.1. oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 (nr projektu: POIS.08.01.00-14-0004/16)



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

