



Przetarg nieograniczony, znak: ZP_PK- 25/2018

Warszawa, dnia 24.09.2018

Dotyczy: „Dostawy sprzętu laboratoryjnego, w podziale na 3 części”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę sprzętu laboratoryjnego w podziale na 3 części**, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniższym zakresie:

Rozdział XX SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), w części nr. 3 (Zakup 1 sztuki naukowego mikroskopu polaryzacyjno-petrograficznego z systemem automatycznego skanowania preparatów),

pozycja w brzmieniu:

Laptop z oprogramowanie do sterowania kamerą - cyfrowej analizy:

- a. *możliwość ustawień parametrów obrazu: kontrast, jasność, nasycenie, balans bieli.*
- b. *Możliwość pomiarów: odległość, obwodów, pól powierzchni, liczba obiektów.*
- c. *Nanoszenie na zdjęcia figur, opisów, znaczników, opisów, skali. oraz dokumentacji – zapisu zdjęć w formacie tif, jpg*
- d. *bezpośrednie przekazywanie obrazu do menu programu w czasie rzeczywistym*

otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Laptop z oprogramowanie do sterowania kamerą - cyfrowej analizy, lub komputer stacjonarny z monitorem min. 22”, o parametrach technicznych, wymaganych do pracy z oferowaną kamerą mikroskopową i wymagany specjalistycznym oprogramowaniem z możliwością:

- a. *ustawień parametrów obrazu: kontrast, jasność, nasycenie, balans bieli.*
- b. *pomiarów: odległość, obwodów, pól powierzchni, liczba obiektów.*
- c. *nanoszenia na zdjęcia figur, opisów, znaczników, opisów, skali. oraz dokumentacji – zapisu zdjęć w formacie tif, jpg*
- d. *bezpośredniego przekazywania obrazu do menu programu w czasie rzeczywistym*

POGOTOWIE KONSERWATORSKIE
- mobilne laboratorium dla ochrony,
konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki
i obiektów zabytkowych w architekturze.
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

[Podpis]
Prof. dr hab. Andrzej Koss



Przetarg nieograniczony, znak: ZP_PK- 25/2018

Warszawa, dnia 24.09.2018

Dotyczy: „Dostawy sprzętu laboratoryjnego, w podziale na 3 części”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

1. *Czy dla części nr 3 Zamawiający zamiast laptopa dopuszcza zaoferowanie komputera stacjonarnego PC z monitorem min. 22”, o parametrach technicznych, wymaganych do pracy z oferowaną kamerą mikroskopową i wymaganym specjalistycznym oprogramowaniem.*

Odpowiedź:

Zamawiający zamiast laptopa dopuszcza zaoferowanie komputera stacjonarnego PC z monitorem min. 22”, o parametrach technicznych, wymaganych do pracy z oferowaną kamerą mikroskopową i wymaganym specjalistycznym oprogramowaniem.

POGOTOWIE KONSERWATORSKIE
- mobilne laboratorium dla ochrony,
konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki
i obiektów zabytkowych w architekturze.
KIEROWNIK ZAMAWIAJACEGO


Prof. dr hab. Andrzej Koss